uée

n:° 7.

~~poup~~ deux pièces

Rapport d'un nouveau bandage inguinal Envoyé à L'academie par m.r J. J. Krieger Eleve en Chirurgie à l'hopital militaire de Thionville —

L'auteur dit qu'il ne s'est determiné a construire ce bandage, — qu'apres s'etre convaincu par l'experience de l'insufisance des autres. Il pretend que celui de l'ancienne fourniture ne contenoit les hernies des Soldats, que parcequ'ils fesoient moins d'exercice; — Mais la connoissance de ce bandage et celle des Exercices militaires prouvent Suffisamment que cette assertion est mal fondée.

Suivant lui le bandage acri fournir actuellement aux troupes, se derange aisement quand le ventre est affaissé et dans la flexion des cuisses et du tronc, parcequ'il n'a point de Souscuisse; ce derangement depend plutot de la forme du cerceau et de la disposition de la pelotte, car les bandages ordinaires bienfaits et sans sous-cuisse, se derangent rarement ~~et~~ même dans ces cas; Quand on a tourné la pelotte Suivant l'attitude des malades ou la force qu'exigent les hernies pour être contenues; il ne se retablit pas dans son premier degré; alors il comprime le pubis et le cordons des vaisseaux Spermatiques Sans s'opposer Constamment à la Sortie des parties; ~~ce~~ qui oblige le malade à ~~le defaire~~ l'oter pour detourner la pelotte. Ces inconveniens ne sont pas les Seuls qu'on puisse reprocher à ~~ce~~ ce bandage.

Son Cercle ~~a~~ n'ayant pas la moitié de la circonference du bassin, doit se deranger aisement, sa forme differente de celle des parties qu'il recouvre, comprime inégalement et cause

ARC 16 d. 1 n°. 20. 1 2
[stamp: Académie nationale de médecine]

des douleurs d'autant plus grandes sur celles qui sont saillantes qu'il est tres etroit et ne pose que sur un petit espace; — et comme il n'est pas Elastique, il ne peut s'accommoder aux changemens qui ont lieu pendant la flexion des cuisses et du Bassin.

La pelotte de ce bandage est trop grande, Exige du cercle une force souvent ~~douloureuse~~ accompagnée de douleur; les crans de la noye sont trop distans ce qui Empeche de graduer l'inclinaison De la pelotte suivant que les cas l'Exigent; les corps Exterieurs comme l'arçon de la selle, un coup &c. agissant sur la pelotte qui est dure, se communiquent entierement aux parties sous jacentes qui peuvent en être blessées. d'ailleurs comme elle agit sur les parties avec toute la force qu'elle recoit du cercle, elle blesse si la pression est trop forte, et ne soutient pas si elle est foible; d'on resulte la difficulté de trouver dans un grand nombre de ces bandages, celui dont la pression ne sera ~~toujours~~ que suffisante.

Le Bandage que notre auteur propose pour remedier aux inconveniens du bandage à cri differe essentiellement du Bandage a deux platines connus depuis Longtems. Son cercle est Large et assez long pour embrasser la moitié du bassin; mais sa courbure n'a pas la figure

des parties qu'il doit recouvrir. Comme sa partie anterieure
n'est pas recourbée en bas suivant sa largeur lorsqu'elle est
vis avis l'anneau, son milieu passe au dessus du grand
trochanter, et son extremité posterieure au dessous de l'os
sacrum; cequi doit gener le malade dans ses mouvemens,
qui ne pourront avoir lieu sans que le bandage se derange.
Ce cerceau est très foible et ne resiste pas assez aux forces
qui tendent à le redresser; Ainsi il agit comme une courroye
qui comprimeroit seulement les parties elevées, comme
les trochanters, l'os sacrum &; tandis qu'il presse apeine
l'anneau plus deprimé. D'ailleurs, il n'est pas élastique, cequi
empeche son action de varier suivant les accidens et les
differens mouvemens.

La pelotte inferieure a une forme presque triangulaire,
est echancrée à son bord interne pour le passage des
vaisseaux spermatiques, montée par charniere sur le cerceau
donne attache au souscuisse, et supporte en dehors l'extremité
inferieure d'un ressort en forme de <u>bouche four</u>; cette pelotte
sera appliquée au dessous du pubis ou elle doit etre fixée par le
sous-cuisse; ainsi elle pressera le cordon des vaisseaux spermatiques
quoiqu'elle soit echancrée et les triceps; cequi pourra causer des
maladies du testicule, et deranger le bandage dans les mouvemens de
la cuisse et du tronc.
La deuxieme pelotte a une forme transversalement ovale.

Académie nationale de médecine

d'ne tient point au ~~cerceau~~ mais ~~[illegible]~~ est Seulement fixée au bout du ressort qui monte de la pelotte inferieure; elle n'est appliquée Sur l'anneau que par la pression de la ceinture des culottes sur la platine externe montée à charniere Sur le cerceau; ainsi cette pression ~~se~~ perdroit en partie Sur la pelotte inferieure ou elle est incommode et inutile, puisque celle cy n'est pas Sur l'anneau, en partie Sur la pelotte Superieure, de sorte que son effet Sur l'anneau sera la moitié de la pression faite par la ceinture des culottes, inconveniens que n'ont pas les autres bandages. toute l'action de celui cy vient de la ceinture, le ~~cerceau~~ s'il ~~est~~ bien fait l'empeche Seulement de se deranger; mais pour que la ceinture puisse agir Sur la plaque il ne faut pas qu'elle passe audessous de l'ombilic comme il est d'usage, elle doit repondre par devant au pubis, de maniere qu'elle embrasse les deux trochanters, le Bas des fesses ~~de~~ cequi n'est pas pratiquable; tous ces inconveniens ne sont pas de purs Speculations, nous les avons Eprouvé dans l'application de ce bandage sur nous meme.

Ainsi sans avoir les avantages des autres il a des inconvenie[ns] qui lui sont particuliers ~~[illegible]~~ e ~~[illegible]~~ ne sont pas susceptible de correction. ~~cependant~~ quoique l'academie n'en puisse faire aucun usage, elle peut le garder dans ses collections, et applaudir au zele de son auteur

Brasdor — Pipelet de Desault.